



Laboratorio Nacional de Referencia

Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes
Av. 18 de Julio 2175, Montevideo, Uruguay
Tel.: 2400 1444- 2409 8498

Esquema comparativo entre niveles de bioseguridad.

Medidas de Bioseguridad:	BSL			
	1	2	3	4
Lugar de trabajo separado del resto del edificio.	No	Aconsejable	Si	Si
Solo se permite acceso a personal designado.	Aconsejable	Si	Si	Estricto
El lugar de trabajo debe poder precintarse para posible desinfección.	No	Aconsejable	Si	Si
Procedimientos de desinfección específicos.	Si	Si	Si	Si
Lugar de trabajo con presión negativa respecto a la presión atmosférica	No	Aconsejable	Si	Si
Superficies resistentes a ácidos, álcalis y desinfectantes.	Aconsejable	Si	Si	Si
Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos	Si	Si	Si, de acceso restringido	Muy restringido
Ventanilla de observación o dispositivo en zonas para poder ver a sus ocupantes	No	Aconsejable	Si	Si
CSB	Aconsejable: Clase II tipo A2	Si: Clase II tipo A2	Si: Clase II tipo A2	Si: Clase III
Vestimenta	Ambo/túnica	Ambo + sobretúnica	Ambo + Tyvek	Traje presurizado
Tratamiento de efluentes	No	No	Si	Si